

2017年全国临床检验质量指标初步质量规范

备注：2017年全国临床检验质量指标初步质量规范的建立是基于2016年全国多省临床检验中心同步开展临床检验质量指标室内质评结果，其中最低质量规范基于第25百分位数（或第75百分位数），适当质量规范基于第50百分位数，最佳质量规范基于第75百分位数（或第25百分位数）

质量指标	初步质量规范											
	三级医院						二级医院					
	最低		适当		最佳		最低		适当		最佳	
	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ
标本类型错误率	0.0657	4.7	0.0209	5.0	0.0036	5.5	0.1196	4.5	0.0252	5.0	0	6.0
标本容器错误率	0.0400	4.9	0.0151	5.1	0.0032	5.5	0.0749	4.7	0.0171	5.1	0	6.0
标本采集量错误率	0.0896	4.6	0.0334	4.9	0.0117	5.2	0.1702	4.4	0.0518	4.8	0	6.0
抗凝标本凝集率	0.2326	4.3	0.1004	4.6	0.0360	4.9	0.3081	4.2	0.1033	4.6	0.0164	5.1
检验报告不正确率	0.0244	5.0	0	6.0	0	6.0	0.0857	4.6	0.0046	5.4	0	6.0
危急值通报率	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0
危急值通报及时率	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0
血培养污染率	2.3041	3.5	0.9091	3.9	0	6.0	2.7778	3.4	0	6.0	0	6.0
室内质控项目开展率	37.6190	1.2	59.0164	1.7	83.3333	2.5	31.5436	1.0	49.9206	1.5	72.4885	2.1
室内质控项目CV不合格率	8.3333	2.9	2.4390	3.5	0	6.0	13.3333	2.6	5.0000	3.1	0	6.0
室内质评项目参加率	83.0303	2.5	100	6.0	100	6.0	82.2785	2.4	100	6.0	100	6.0
室内质评项目不合格率	4.5455	3.2	1.5385	3.7	0	6.0	7.6923	2.9	2.6316	3.4	0	6.0
实验室间对比率	0	0	4.7809	0	20.0000	0.7	0	0	2.5000	0	14.7826	0.5

质量指标	初步质量规范（周转时间）					
	三级医院			二级医院		
	最低	适当	最佳	最低	适当	最佳
急诊检验前周转时间中位数						
生化	30	24	15	30	15	10
自动化免疫	30	25	15	30	15	10
三大常规	30	20	11	25	15	10
凝血	30	20	15	30	15	10
常规（住院）检验前周转时间中位数						
生化	90	60	40	60	50	30
自动化免疫	90	60	40	60	55	30
三大常规	75	53	30	60	30	20
凝血	80	60	30	60	40	30
急诊实验室内周转时间中位数						
生化	60	47	30	60	45	30
自动化免疫	80	60	35	62	60	30
三大常规	30	20	15	30	20	12
凝血	46	31	28	40	30	25
常规（住院）实验室内周转时间中位数						
生化	169	120	81	180	120	70
自动化免疫	240	153	110	210	120	90
三大常规	68	42	29	60	30	30
凝血	120	60	46	100	60	39