

湖南省临床检验中心

关于通过网络方式回报室内质控数据的通知

各参评实验室：

室内质量控制（IQC）是实验室质量保证的重要环节，有效的 IQC 对发现检验中阶段误差有重要意义。多年来中心一直要求参评实验室对 IQC 质控图进行邮寄回报，该方式存在回报项目少，时间周期长，数据统计困难等缺点。为提高我省实验室 IQC 意识，促进实验室质量改进，减轻实验室邮寄负担，响应无纸化办公要求，中心计划从 2018 年第二次室间质评（EQA）活动开始，取消纸质 IQC 质控图邮寄，采用网络回报方式接收实验室 IQC 数据。网络回报数据包括：指定月份在控质控数据的均值、标准差、变异系数；质控图空图的均值、标准差、变异系数以及累积的变异系数等信息。

为做好网络回报 IQC 数据的工作，中心特做出如下要求：（一）因本次为第一次试用网络回报 IQC 数据，请实验室按步骤进行操作（见附件），中心各质评专业将指定 2 个项目进行填报，数据务必真实可靠。从 2019 年开始，中心各质评专业指定项目原则上不超过 5 个，指定项目 IQC 数据均需回报，中心各专业质评室将对 IQC 数据进行统计，下发评价报告。（二）在打开 EQA 回报结果链接时，会首先进入 IQC 数据回报页面，实验室需发送 IQC 数据后，才能进入 EQA 回报页面。（三）网络回报 IQC 数据将作

为年度 EQA 活动评优的必要条件。

若在回报过程中出现问题或疑问，请与中心质量监督科信息室联系，联系电话：0731-85232274，联系人：张裕。

附件：1、网络方式回报室内质控数据操作程序

2、网络方式回报室内质控数据操作程序图示

湖南省临床检验中心

2018 年 10 月 15 日

附件 1

网络方式回报室内质控数据操作程序

1、我省 EQA 活动参评单位实验室可在湖南省临床检验中心网站(hncc1.com.cn)“EQA 会员登陆”中进行登陆。

2、进入室内质评回报页面，打开质评上报表，将首先出现室内质控数据上报表，待回报室内质控数据后才能进入 EQA 回报页面。

3、需要上报的专业包括：常规化学、特殊蛋白、糖化血红蛋白（仅在第一次 EQA 时上报）、全血细胞计数、凝血试验、临床免疫学、肿瘤标志物、内分泌、核酸检测。

4、若有多个水平质控物，请点击“增加批号”；若指定的项目未开展室内质控，在“是否开展 IQC”一栏选“否”。质控原始数据不需上报。

5、填报完毕后点击“发送”。若数据填报不完整或需要修改可点击“室内质控信息”主菜单，进入“已上报数据”页面进行重新上报操作。

附件 2

网络方式回报室内质控数据操作程序图示

上报主题：2018年9月全国常规化学检测项目室内质控信息上报

(1) 质控品生产厂家名称、采用质控规则、质控物具体批号可以填写中文、英文、数字和符号。

(2) 质控品平均浓度、质控物浓度标准差、当月在控制数据变异系数和累计在控制数据变异系数栏中填写数字，小数点后面可以保留3位。

(3) 当月质控结果个数：填写整数。

(4) “原始数据”可以不上报。

发送

实验室主任：电话：(区号)-医院等级：

项目	原始数据	是否开展 IQC	质控物生产厂家名称	采用质控规则	质控物具体批号	9月在控质控结果的平均值	9月在控质控结果的标准差 (SD)	9月在控质控结果的个数 (N)	9月在控制数据变异系数 (CV%)	累积在控制数据的变异系数 (CV%)	你室绘制质控图平均值	你室绘制质控图标准差 (SD)	你室绘制质控图变异系数 (CV%)	
钾 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s/4:1:	增加批号	123456	5.65	0.11	29	1.95	2.20	5.6	0.12	2.14
钠 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s	增加批号	HE1234	110	1.39	30	1.26	1.28	111	1.42	1.28
钠 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s	删除批号	HE1234	145	1.75	30	1.21	1.29	146	1.83	1.25
氯 (mmol/L)	结果				增加批号									
总钙 (mmol/L)	结果				增加批号									
磷 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
血糖 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
尿素 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
尿酸 (μmol/L)	结果				增加批号									
肌酐 (μmol/L)	结果				增加批号									
总蛋白 (g/L)	结果				增加批号									
白蛋白 (g/L)	结果				增加批号									
胆固醇 (mmol/L)	结果				增加批号									

原始数据不需上报

若有多水平质控物
请点击“增加批号”

若指定项目未开展室内质控
请点击“否”