

基于 Web 室间质评软件回报室内质控数据 操作程序

1、打开湖南省临床检验中心网站 (www.hnccl.com.cn), 在“EQA 会员登陆”处, 输入实验室编码和密码登陆。

2、进入室间质评回报页面, 打开质评上报表, 将首先出现室内质控数据上报表, 待回报室内质控数据后才能进入 EQA 回报页面。

3、需要上报的专业和具体项目见每次室间质评活动通知。

4、若有多个水平质控物, 请点击“增加批号”; 若指定的项目未开展室内质控, 在“是否开展 IQC”一栏选“否”。质控原始数据不需上报 (见图 1)。

5、填报完毕后点击“发送”。若需要查看已上报数据、重报或修改数据, 可点击页面左侧“室内质控信息”主菜单, 进入“已上报数据”页面进行相关操作 (见图 2)。若在填报途中不慎关闭了 IQC 上报页面, 或未出现 IQC 上报页面, 可点击“室内质控信息”主菜单, 进入“信息上报表”, 选择专业, 点击相应月份的回报表再次上报或点击“继续上报” (见图 3)。

室内质控（IQC）数据回报操作图示

上报主题：2024年3月全国特殊蛋白检测项目室内质控信息上报

- (1) 质控品生产厂家名称、采用质控规则、质控物具体批号可以填写中文、英文、数字和符号。
- (2) 质控品平均浓度、质控物浓度标准差、当月在控制数据变异系数和累计在控制数据变异系数栏中填写数字，小数点后面可以保留3位。
- (3) 当月质控结果个数：填写整数。
- (4) “原始数据”可以不上传。

发送后若需修改数据，
点击“加载”后修改

发送数据前，务必点击“保存”

发送

保存

(温馨提示：如果您点击过本上报表的“保存”按钮，当再次打开本上报表后，请先点击“加载”按钮，以免覆盖您曾经保存过的数据)

加载

医院等级：

原始数据无需上报

项目	原始数据	是否开展IQC	质控物生产厂家名称	采用质控规则	质控物具体批号	3月在控质控结果的平均值	3月在控质控结果的标准差(SD)	3月在控质控结果的个数(N)	3月在控数据变异系数(CV%)	累积在控数据变异系数(CV%)	你室绘制质控图平均值	你室绘制质控图标准差(SD)	你室绘制质控图变异系数(CV%)
IgA(g/l)	结果	是	伯乐	1-3s/2-2s/R-4s	增加批号 68992	3.15	0.138	28	4.38	4.45	3.20	0.136	4.25
IgE(KIU/l)	结果	是	伯乐	1-3s/2-2s/R-4s	增加批号 68992	130	5.61	28	4.32	4.73	129	5.84	4.5
IgG(g/l)	结果	是	伯乐	1-3s/2-2s/R-4s	增加批号 68992	14.2	0.50	28	3.52	3.8	14.0	0.53	3.78
IgM(g/l)	结果	是	伯乐	1-3s/2-2s/R-4s	增加批号 68992	1.61	0.05	28	3.10	3.72	1.63	0.06	3.68
C3(g/l)	结果	否			增加批号								
C4(g/l)	结果	否			增加批号								
CRP(mg/l)	结果	否			增加批号								
RF(KIU/l)	结果	否			增加批号								
ASO(KIU/l)	结果	否			增加批号								
转铁蛋白(g/L)	结果				增加批号								
前白蛋白(mg/L)	结果				增加批号								

如未开展室内质控
请点击“否”

如有多个水平质控物，请点击
“增加批号”

操作提示：

1. 在打开 EQA 质评上报表时，将首先出现 IQC 数据上报表，待回报 IQC 数据后才能进入 EQA 回报页面。建议先整理好 IQC 数据后再行上报，以免因页面停留太久导致退出登录。如未出现 IQC 上报页面，见图 3 操作。
2. 若有多个浓度水平质控物，请点击“增加批号”，将会增加一行相同项目的填写位置，请注意不同浓度质控物的批号不同，填写时注意区别。
3. 若有未开展室内质控的项目，在“是否开展 IQC”一栏选“否”。科室没有开展日常检测的项目，所在行无需进行操作。
4. 质控原始数据不需上报。
5. 发送数据前务必点击“保存”，只有保存后的数据，在需要修改时才能加载导入。若填写数据较多，需要较长时间，请定时保存已填写的数据，以免退出登录。



图2 室内质控数据查看、重报或修改页面示例

注：如需对已上报数据进行修改，点击“重新上报”，将提示删除之前的数据，删除进入回报页面后，点击“加载”（见图1），将出现之前已保存的数据，然后再行修改。



图3 室内质控数据回报表的选择和继续上报页面示例

注：若在填报时不慎关闭了 IQC 上报页面，或未出现 IQC 上报页面，请参照上图点击相应月份的回报表进行上报或点击“继续上报”。已上报项目的数据将不再出现在“继续上报”的页面。