湖南省临床检验中心

感染性标志物（助产机构）室间质量评价活动作业指导书

一、评价项目与时间表

2026 年感染性标志物（助产机构）室间质量评价样本共 5 支，检测项目包括 HBsAg、抗 HCV、抗 HIV、抗-TP（特异性抗体和非特异性抗体）四项，具体安排如下：

批号	样本建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 下发日期
202611,202612,202613,202614,202615	收到样本 立即检测	11 月 23 日	11 月 30 日

二、样本保存

质评样本储存应置于-20℃以下，开盖后未用完且无污染可-20℃以下保存，须在 1 个月内用完，勿再分装或冻融。

三、样本处理

1、所发质评样本虽已经灭活处理，但由于潜在的传染因素，仍应按传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

2、质评样本按原体液样本使用，使用时按试剂盒要求决定是否再稀释，**回报原倍样本结果**。

3、检测前复溶并混匀，如出现絮状沉淀，则离心后取上清液检测。

四、检测结果填写与回报

1、采用网络回报方式。回报网址：http：// www.hnccl.com.cn ，用户名为实验室编码，初始密码是“实验室编码”。**在网上填写结果和编码时，应仔细审核，无问题后再发送，提示成功后，务必到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。于质评成绩下发日期后登陆以上网址，查看并打印本实验室的检测成绩**。

2、检测结果的填写：阴性填写“—”，阳性填写“ + ”，不能用“可疑”回报，**请务必填写定性结果，**S/CO 值请如实填写，S/CO 值用你室检测试剂盒注明的方法计算，并依其判定结果。S/CO 值保留小数点后两位（如 14.246，填写为 14.25）。方法、仪器和试剂的编码填写务必准确无误，无编码的方法、仪器和试剂请备注准确信息。各项编码请参阅中心网站。如无相应编码请在备注栏填写全称；S/CO 值计算：S 为待测样本的吸光度（A）值，CO 为 Cut Off 值，以所用试剂盒注明的方法计算 Cut Off（CO）值，并依其判定结果；S/CO 值填写保留 2 位有效数字（如：0.376，填写为 0.38）。**发光法请在“S/CO”处直接填写检测数值，并在“对结果的解释说明”栏注明测量单位或其他相关说明。**

五、注意事项

1、请在收到质评样本后首先查看有无缺号、漏液等情况。**收到质评样本后立即检测**。

2、我中心只接受网上回报结果。**结果回报网址：www.hnccl.com.cn。**

3、我**中心已改为网络回报的方式接收室内质控数据，不再接收纸张质控图。回报网址同上。**

湖南省临床检验中心 2026 年 11 月

湖南省临床检验中心

2026年度感染性标志物（助产机构）室间质量评价回报表

测 定 结 果

单位名称　　实验室编码　　检测日期

项　目	202611 结 果	202612 结 果	202613 结 果	202614 结 果	202615 结 果	方 法 代 码	仪 器 代 码	试 剂 代 码
HBsAg								
HBsAg （S/CO）								
Anti-HCV								
Anti-HCV （S/CO）								
Anti-HIV								
Anti-HIV （S/CO）								
梅毒(特异)								
梅毒(特异) （S/CO）								
梅毒(非特)								

检测者签名：　　审核者签名：　　联系电话：

注：本回报表仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。